

Silensor horkolás gátló

Beleegyező nyilatkozat és használati utasítás

Kérjük szignálja minden bekezdés elejét annak jeleként, hogy annak tartalmát elolvasta, megértette és egyetért vele. Kérjük, amennyiben valamit nem ért rögtön kérdezzen rá fogorvosánál

___ Az alvás közbeni hordást határidő nélkül folytathatja

___ A készülék hordásában –az egyenletes jó hatás végett – általában 3-4 hetente 1-2 nap szünetet célszerű tartani.

Időlegesen függeszze fel a Silensor használatát és rögtön forduljon orvosához igazítás végett:

___ bármilyen a hordás során fellépő szokatlan jelenség, tünet esetén

___ ha a készülék hordása kellemetlen , túl szoros vagy nehezen távolítható el

___ ha a készülék alsó és felső részét összekötő csuklók bármelyike kijön a helyéből, vagy megsérült

___ ha azt tapasztalja, hogy a fogai másképp érintkeznek mint a Silensor használata előtt

___ ha rágóizmaiban, vagy állcsontízületében kellemetlenséget tapasztal, esetleg fájdalmai lépnek fel.

___ ha a horkolásgátló hatás nem megfelelő

A beteg megérti, hogy:

___ A Silensor nem harapásemelő készülék, így nem alkalmas az éjszakai fogszorítás kezelésére. A kivehető horkolásgátlók 30-as BMI index felett (BMI= testtömeg index - kiszámításához látogasson el a www.horkolas.hu honlapra) nem csökkentik hatásosan a horkoláshoz esetenként társult éjszakai légzéaskimaradást.

___ A páciens feladata rendszeresen ellenőrizetni készüléke működését. Az Silensor készülék viselésének ellenőrzésére jelentkezem fogorvosomnál az első héten belül legalább egyszer, ezt követően az első alkalmon kívül egy hónapon belül legalább egyszer, majd ezt követően félévente, ha más az Silensor hordásával kapcsolatos körülmény ezt nem befolyásolja.

___ A **"Beleegyező nyilatkozat és használati utasítás"**-t elolvastam, és minden pontját megbeszéltem fogorvosommal. Minden kérdésemre számomra kielégítő választ kaptam. A **"Beleegyező nyilatkozat és használati utasítás"**-ban foglaltakat elfogadom és annak megfelelően cselekszem.

A beteg vagy gyámjának aláírása

Fogorvos

Dátum

Dátum

